

# 臺北醫學大學

## 試管震盪器(vortex)安全作業標準

醫學院公衛科吳美滿老師實驗室

作業種類區分：常用設備

單位作業名稱：震盪實驗材料

作業方式：單人操作

使用處理材料：欲震盪混勻之實驗材料

使用器具工具：試管

防護器具：實驗衣，實驗用手套

資格限制：經實驗室指導後，始可操作

工作步驟	工作方法	不安全因素	安全措施	事故處理
1. 作業前	1.1 開啟開關			
2. 作業中	2.1 將欲震盪物品觸碰震盪板，或開啟持續震盪模式	2.1 震盪造成液體噴濺	2.1 確實蓋緊欲震盪之試管	如噴濺物有腐蝕性應將傷患送醫，清理周邊污染區域，並通知實驗室負責人
3. 作業後	3.1 關閉開關			

實驗室負責人：吳美滿老師 製表人：陳俞均 發行日期：20190910